

ПРОТОКОЛ № 1

за разглеждане и оценка на офертите за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване и поддържане на един брой нов компютърен томограф за нуждите на МБАЛ „Д-р Т. Витанов“ ЕООД -град Трявна, чрез финансов лизинг със срок от 60 месеца /пет години/“, открита с Решение № 225/18.04.2017 г. на кмета на община Трявна

Днес, 29.05.2017 г., назначената със Заповед № 310 от 29.05.2017 г., на Кмета на община Трявна комисия в състав:

Председател:

1. адв. Галин Христов Ненов - Юрист при община Трявна;

Членове:

2. Димитър Василев Василев – “Медицински физик”;
3. Марин Александров Тонев – Специалист “Електрически апарати и машини”;
4. д-р Светла Иванова Брънекова – Управител на МБАЛ “Д-р Т. Витанов” ЕООД;
5. Мариета Русева Ганева - Директор на дирекция “ФСаО” при община Трявна,

се събра в 10:00 часа в зала № 403, в сградата на община Трявна, ул. „Ангел Кънчев” № 21, със задача да отвори, разгледа и оцени подадените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване и поддържане на един брой нов компютърен томограф за нуждите на МБАЛ „Д-р Т. Витанов“ ЕООД -град Трявна, чрез финансов лизинг със срок от 60 месеца /пет години/“.

Комисията започна работа в пълен състав след получаване на подадените оферти, ведно с Регистър на подадените оферти за участие в процедурата, съгласно двустранно подписан Приемателно-предавателен протокол по реда на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП от деловодството на Общината.

Всички членове на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 13 от ППЗОП. Няма пречка за провеждане на заседанието.

При публичното отваряне на офертите присъства лице от посочените в чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, а именно- Мария Асенова Ефремова-Фудулска- пълномощник на участника “Софарма Трейдинг” АД гр. София/Нотариално заверено пълномощно № 2108/26.04.2017 г. на Нотариус Любка Сотирова/, за което беше попълнен списък на присъстващите лица при отваряне на офертите.

В срока за подаване на офертите – до 17:00 часа на 26.05.2017 г. е постъпила 1 (един) брой запечатана непрозрачна опаковка, съгласно Регистъра на подадените оферти за участие в процедурата. Комисията констатира, че офертата е представена в добре запечатана непрозрачна опаковка, надписана с имената на участника и заведена в деловодството на Община Трявна, както следва:

1. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, с ЕИК 103267194, с адрес: гр. София, 1756, район р-н Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда “А”, ет. 12, представлявано от Изпълнителния директор Димитър Георгиев Димитров и лице за контакт Петър Васков Петров, подало оферта в 10:15 ч. с вх. № 1500-276/25.05.2017 г. по описа на община Трявна.

На следващ етап от заседанието, комисията пристъпи към отваряне на запечатаната непрозрачна опаковка с офертата на участника в процедурата, оповестяване на нейното съдържание и проверка за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Председателят на комисията отвори опаковката с офертата на участника, оповести нейното съдържание и провери и констатира, че в нея, освен останалите документи, се намират и 1 (един) запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. На следващ етап трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение за изпълнение на поръчката, представено от участника. Трима от членовете на комисията подписаха и плика „Предлагани ценови параметри“, без да го отворят. Поради липсата на други участници, не би могло да бъде изпълнено изискването на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП за подписване на Техническото предложение и плика с „Предлагани ценови параметри“, съдържащи се в офертата на участника, от друг участник.

С извършването на тези действия в 11:00 ч. приключи публичната част от заседанието на комисията. Представителят на участника в процедурата напусна залата, като Комисията продължи своята работата в закрито заседание, в което пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, по отношение на представената от участника оферта. Беше констатирано следното относно представената от участника оферта, както следва:

Участникът „Софарма Трейдинг“ АД е представил следните документи:

1. Опис на документите, съдържащи се в офертата;
2. Заявление за участие;
3. ЕЕДОП от „Софарма Трейдинг“ АД подписан от Изпълнителния директор и член на съвета на директорите Димитър Георгиев Димитров, от д.ц.н. Огнян Иванов Донев, член на съвета на директорите, от Ангел Йорданов Йорданов, член на съвета на директорите и от Петър Васков Петров- Регионален мениджър продажби- Образна диагностика, упълномощен с Пълномощно рег. № 2106/26.04.2017 г. на Нотариус Любка Сотирова;
4. ЕЕДОП от „Джи И Хелткеър България“ ЕООД, подписан от инж. Христо Димитров Христов и д-р Михаела Михайлова Михайлова, управители на дружеството;
5. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за съгласие за участието на „Джи И Хелткеър България“ ЕООД като подизпълнител на участника „Софарма Трейдинг“ АД;

След като извърши обстоен преглед на представените от участника в процедурата документи, Комисията установи, че последният е представил всички изисквани от Възложителя документи необходими за извършване на преценката от страна на Комисията за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, като от тяхното съдържание се констатира, че участникът отговаря на поставените от Възложителя изисквания.

Комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на офертата на участника и провери за нейното съответствие с предварително обявените условия от Възложителя по смисъла на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, като констатира следното:

Участникът е представил следните документи:

1. Техническо предложение, по образец на възложителя, за изпълнение на обществената поръчка, в което е предложена доставка на медицинско оборудване, което ще бъде фабрично ново, произведено не по-рано от 2016 г., не е било демонстрационно, не е било рециклирано и притежава следните технически характеристики:

№	Минимални технически и функционални характеристики	Параметри
1.	Гентри:	
1.1.	Отвор на гентрито	65 см.
1.2.	Наклон на гентрито	±30°
1.3.	Възможност за управление движенията на гентрито дистанционно от залата за изследвания	Да
1.4.	Разстояние фокус-детектор	94.9 см.
2.	Пациентска маса:	
2.1.	Хоризонтален обхват на сканиране	135 см.
2.2.	Максимална товароносимост на масата при гарантиране на точността на позициониране	180 кг.
2.3.	Стандартни аксесоари за позициониране и обездвижване на пациента	Да
3.	Високоволтов рентгенов генератор:	
3.1.	Мощност на генератора	24 kW
3.2.	Обхват на kV	80-140 kV
3.3.	mA Обхват	10-200 mA
4.	Рентгенова тръба:	
4.1.	Максимален ток на тръбата (номинален)	200 mA
4.2.	Минимално време за пълна ротация на тръбата	0.98 сек.
4.3.	Топлинен капацитет на анода	2 MHU
5.	Детекторна система:	
5.1.	Брой детекторни редове	16
5.2.	Брой физически детекторни елементи във всяка детекторна редица	16 реда x 680 активни елемента за пациенти, 16 еталонни елемента, 16 z елемента за проследяване
5.3.	Брой получени срезове при пълно завъртане на тръбата 360 градуса в аксиален режим	16 среза
5.4.	Минимална дебелина на среза при спирална аквизиция	0,625 мм.
5.5.	Продължителност на спиралното сканиране	90 сек.
5.6.	Ширина на детектора (по оста Z)	20 мм.
6.	Параметри на реконструкция и обработка на образите:	
6.1.	Матрица на реконструкция	512x512
6.2.	Матрица на визуализация	1024x1024
6.3.	Време за реконструкция на среза при матрица 512x512	22 среза/сек.
6.4.	Максимална пространствена разделителна способност при 0% MTF	18 lp/cm

6.5.	Автоматично оптимизиране на дозата, базирано на обзорния скен.	Да
6.6.	Специализирана техника за интерактивна реконструкция, намаляваща шума и подобряваща качеството на образа и ниско-контрастната резолюция	Да
6.7.	Мултипланарна реконструкция в реално време	Да
6.8.	Мултипланарна обемна реконструкция	Да
6.9.	Съдов анализ с автоматично отстраняване на костни структури	Да
7.	Операторска конзола:	
7.1.	Интуитивен интерфейс – управление чрез клавиатура и мишка	Да
7.2.	Капацитет за съхранение на образ	400 000
7.3.	1 брой цветен монитор с диагонал мин.:	21.5", 1920x1080 резолюция
7.4.	Автоматични аудио инструкции за дишане	Да
7.5.	Дълготрайно запаметяване на CD и DVD записване	Да
7.6.	Всички DICOM 3 стандартни възможности	Да
8.	Електро-разпределително табло	Да
9.	UPS за компютърна система	Да

2. Декларация, че предлаганото медицинско оборудване притежава CE-mark и съответства на изискванията на Директива 93/42/ЕЕС, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ;

3. Декларация, че предлаганото медицинско оборудване е включено в списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат;

4. Декларация, че предлаганото медицинско оборудване няма регистрирани данни в ИАЛ и/или EUDAMED за инциденти/потенциални инциденти през последните две години, както и за блокирани или изтеглени партии през последните две години съгласно предоставена от ИАЛ информация;

5. Писмо с изх. № IAC 21064/18.05.2017 г. на Изпълнителния директор на на Изпълнителна агенция по лекарствата;

6. Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя- заверен препис на английски език и заверен препис на превод от английски език на български език;

7. ЕС сертификат за оценка на съответствието, издадена от нотифициран орган, с две приложения- заверен препис на английски език и заверен препис на превод от английски език на български език;

8. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП;

9. Подробно описание и снимки на медицинското оборудване, което се предлага за доставка, което се изразява в предоставени от участника- Продуктови каталози № 1 и 2 и Извадка от Техническото справочно ръководство;

10. Пълномощно рег. № 2106/26.04.2017 г. на Нотариус Любка Сотирова.

След като извърши обстоен преглед на представеното от участника техническо предложение и приложените към него документи, Комисията констатира, че същият е представил Техническо предложение по образец, като е попълнил всички необходими

реквизити в него, предложените технически характеристики на медицинското оборудване са равни или по-добри от минимално заложените от възложителя такива, представени са всички изисквани от възложителя документи, като част от техническото предложение на участника. От съдържанието на техническото предложение и приложените към него документи, се установява, че офертата на участника е в съответствие с предварително обявените условия от Възложителя и комисията реши единодушно, че същият следва да бъде допуснат до следващия етап от процедурата, а именно- оценяване на показателите за оценка, които обхващат параметри от техническото предложение на участника.

Комисията пристъпи към извършване на оценяване на офертата на участника по методиката за изчисляване на комплексната оценка по Показател 2 - Технически показатели – с максимална тежест от 40 т., както следва:

Подпоказател (K2.1)Обхват на kV - показател, имащ отношение към възможностите на високоволтовата система и оптималното използване на рентгеновата тръба. Максимална оценка - 8 точки. Участник предлагащ компютърен томограф/КТ/ с най-голям обхват на киловолтите получава 8 точки, вторият - 4 точки, третият - 2 точки, а всички останали участници получават по 1 точка.

Участникът „Софарма Трейдинг“ АД е предложил Обхват на kV - 80-140 kV.

Тъй като участникът е само един той получава максимална оценка по **Подпоказател (K2.1)Обхват на kV – 8 точки.**

Подпоказател(K2.2)Максимални mA - показател имащ отношение към емисионните възможности на рентгеновата тръба, гарантиращ оптималното й използване при корпулентни пациенти. Максимална оценка - 8 точки. Участник, предлагащ най-големи максимални mA- получава 8 точки, вторият - 4 точки, третият - 2 точки, а всички останали участници получават по 1 точка.

Участникът „Софарма Трейдинг“ АД е предложил Максимални mA - 10-200 mA.

Тъй като участникът е само един той получава максимална оценка по **Подпоказател(K2.2)Максимални mA – 8 точки.**

Подпоказател (K2.3)Време за реконструкция на среза при матрица 512 x 512 - показател, имащ отношение към скоростта на реконструкция на получените образи и оптимизиране на пациенто-потока. Максимална оценка - 8 точки. Участник, предлагащ КТ с най-висока скорост на реконструиране получава 8 точки, вторият - 4 точки, третият - 2 точки, а всички останали участници получават по 1 точка.

Участникът „Софарма Трейдинг“ АД е предложил Време за реконструкция на среза при матрица 512 x 512 - 22 среза/сек.

Тъй като участникът е само един той получава максимална оценка по **Подпоказател (K2.3)Време за реконструкция на среза при матрица 512 x 512 – 8 точки.**

Подпоказател (K2.4)Максимална пространствена разделителна способност при 0% MTF- показател, имащ отношение към качеството на образа. Максимална оценка - 8 точки. Участник, предлагащ КТ с най-висока максимална пространствена разделителна способност при 0% MTF получава 8 точки, вторият - 4 точки, третият - 2 точки, а всички останали участници получават по 1 точка.

Участникът „Софарма Трейдинг“ АД е предложил Максимална пространствена разделителна способност при 0% MTF - 18 lp/cm.

Тъй като участникът е само един той получава максимална оценка по **Подпоказател (К2.4)Максимална пространствена разделителна способност при 0% MTF – 8 точки.**

Подпоказател(К2.5)Ширина на детектора (по оста-z), в мм. - показател, имащ отношение към възможността за обхващане на по-големи анатомични области. Максимална оценка - 8 точки Участник, предлагащ КТ с най-голяма ширина на детектора (по оста-z) в мм. получава 8 точки, вторият - 4 точки, третият -2 точки, а всички останали участнициполучават по 1 точка.

Участникът „Софарма Трейдинг“ АД е предложил Ширина на детектора (по оста-z), в мм. - 20 мм.

Тъй като участникът е само един той получава максимална оценка по **Подпоказател(К2.5)Ширина на детектора (по оста-z), в мм. – 8 точки.**

К2= (К.2.1+К2.2+К2.3+К2.4+К2.5)

След заместване във формулата за оценка на получените по отделните Подпоказатели оценки, се получи следната стойност:

К2= (8+8+8+8+8)

К2=40 т.

След извършеното оценяване по методиката за изчисляване на комплексната оценка, Комисията присъди на участника „Софарма Трейдинг“ АД по Показател 2 - Технически показатели – **40 /четиридесет/ точки.**

Комисията приключи своята работа в 16:30 ч. на 12.06.2017 г., като настоящият протокол се състави на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП в 1 (един) екземпляр.

Комисията насрочва следващото свое заседание за 15.06.2017 г. от 14:00 ч., със задача да отвори Плик „Предлагани ценови параметри“ на участника в процедурата, за което, съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, се публикува съобщение на профила на купувача на интернет страницата на община Трявна, не по-късно от два работни дни преди това.

По време на работата на Комисията особени мнения не се изказаха. Всички решения бяха взети при пълно единодушие.

Комисия:

Председател:

1. адв. Галин Христов Ненов

Членове:

2. Димитър Василев Василев

3. Марин Александров Тонев

4. д-р Светла Иванова Брънекова

5. Мариета Русева Ганева

Заличено
обстоятелство на
основание
чл. 23 от ЗЗЛД